OXY'PHARM®

917, rue Marcel Paul • F-94500 Champigny-sur-Marne • +33 1 48 82 58 29 • +33 1 48 82 46 13 • commercial@oxypharm.net

NOTICE TECHNIQUE

NOCOTEST

DEFINITION ET CARACTERISTIQUES

- Les **NOCOTEST®** sont des bandelettes tests destinées à la mise en évidence semi-quantitative de peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) et de peroxyde dans des solutions.
  Elles permettent de vérifier notamment que la diffusion obtenue par le système Nocospray®/Nocolyse® est bien homogène.

- Les **NOCOTEST®** contiennent un indicateur redox organique qui réagit avec le peroxyde d'hydrogène pour former un composé d'oxydations bleutées.

REFERENCES ET CONDITIONNEMENTS

Référence	Conditionnement
5000.010	Tube de 100 bandelettes

CONSERVATION

- Protégez les bandelettes tests de la lumière et de l'humidité.
- Conservez la boîte au sec et au frais (température en dessous de 30°C).
- Ne pas laisser la boîte de bandelettes ouverte dans une pièce à traiter.

OXY'PHARM®

917, rue Marcel Paul • F-94500 Champigny-sur-Marne • +33 1 48 82 58 29 • +33 1 48 82 46 13 • commercial@oxypharm.net

MODE D'EMPLOI

- Ouvrir le tube de bandelettes tests **NOCOTEST®**.
- N'enlever que la quantité nécessaire de **NOCOTEST®** du tube.
- Replacer immédiatement le bouchon.
- Ne pas toucher la zone test.
- Plonger brièvement (environ une seconde) la zone test de la bandelette dans de l'eau.
- Disposer les bandelettes à l'endroit souhaité dans la pièce à traiter.
- A la fin de la procédure de désinfection (diffusion + temps de contact), récupérer les bandelettes disposées dans la pièce traitée.
- Lorsqu'il y a présence de peroxyde d'hydrogène, la zone test se colore.
- Comparer la couleur de la zone test avec l'échelle colorimétrique sur l'étiquette.
- La valeur correspond à la couleur de l'échelle colorimétrique qui s'approche le plus de la coloration de la zone test.
- Après un temps court, le mécanisme de réduction du réactif s'amorce, faisant virer le révélateur au marron clair

A NOTER :

- Elimination: les bandelettes tests peuvent être mélangées aux ordures ménagères ordinaires.

Version : B

Date de dernière mise à jour : 08/02/2010